




現況写真及び設置場所イメージ図（ゆめが丘浄水場理化学試験室）



本体及びタンク：W550mm×D820mm 以内に設置できること。



採水 POD2 基：幅 300mm×700mm×厚さ 10mm 程度の樹脂板を設置し、据付すること。





ヤマト科学(株)製蒸留装置 WA200：純水・超純水製造装置設置後撤去すること。