

## 移動型X線撮影装置一式 仕様書

### 1 機器名・数量

移動型X線撮影装置一式 1台

### 2 規格・附属品等

(1) Cアームの内径は73 cm、クリアランスは81 cmを確保すること。

(2) フラットディテクタは21 cm x 21 cmを確保すること。

(3) 次のものを装備すること。

① X線管装置

② 面積線量計

③ ワイヤレスフットスイッチ

④ 19インチ高輝度カラー液晶モニタ

⑤ モニタ台車・タッチスクリーン

⑥ 画像記録装置(300,000画像)

⑦ DICOMフォーマット外部画像記録装置(CD-R/USB)

⑧ DICOM Send 機能

⑨ レーザライトロカライザー

(4) 次のものを納入すること。

① 滅菌カバー(I.I.X線管用)100枚

② 滅菌カバー(Cアーム用)25枚

### 3 その他要件

(1) 納入検査確認後1年間は、通常の使用により故障した場合の無償修理に応じる  
こと。

(2) 故障発生時に迅速な対応ができるようアフターサービス及びメンテナンス体制を整備  
していること。

(3) 当該機器の搬入・設置等は、業務に支障をきたさないよう当院担当者と調整する  
こと。

(4) 日本語の操作マニュアルを提供すること。

(5) 当該機器の納入に係る運搬・搬入・据付・組立・試運転調整等については、費用  
に含むものとする。

(6) 当該機器の設置場所は、当院2階手術室とする。

(7) 当該機器の基準品は、次のとおりとし、同等品は可とする。

機種名：Cios Select FD

メーカー：シーメンス

### 4 納入期限 令和2年8月31日