

仕様書

1 物件名 移動型汎用カーボン製手術台一式

2 物件詳細

- (1) 手術が必要な部位の大部分に適用するよう改良された完全移動型汎用電動式手術台で、手術時に患者の身体を支持、固定するために使用できるもの。
- (2) 多診療科での手術において使用できるようベッドアレンジが可能であるもの。
- (3) 支柱はCアーム等の透視装置が使用しやすいものとする。
- (4) 昇降範囲は下限 600 mm以下、上限 1200 mm以上であること。
- (5) 最大荷重は 360 kg以上とし、作動方法は油圧式であること。
- (6) 100V 電源で使用可能であること。

3 基準品 当該物件の基準品は、次のとおりで同等品可とする。

品名	寸法等	数量	単位
電動式手術台 arcus501	L1139/W520 mm	1	台
arcus 延長板/長(パッド付)	L450/W520 mm	1	個
arcus 延長板/短(パッド付)	L230/W520 mm	1	個
カーボンプレート(ロング 1400 mm)	W520/H50 mm	1	個
アームレスト(ラテラル)	L450/W130/H35 mm	2	個
カーボン用サイドレール(25x10 mm)	L305/W12.5/H10.5 mm	4	個
arcus 用ベースアダプター	AXIS-W450/W510 mm	1	台

※ メーカー：欧和通商

4 その他

- (1) 納入日時等の詳細は、担当部署と事前に協議を行い、業務に支障をきたさないよう十分配慮すること。
- (2) 操作研修は必ず実施し、操作不明時・故障発生時等に迅速な対応ができるようアフターサービス及びメンテナンス体制を整備しておくこと。
- (3) 入札金額には、搬入費、組立費、調整費等を含むこと。

5 納入場所 伊賀市立上野総合市民病院（2階手術室）

6 納入期限 令和3年11月30日

